Descripción	Estándar	Sus requisitos

Termoelemento		
Elemento de medición	❍ 1 x Pt100 (opción predeterminada) ❍ 2 x Pt100	
Clase de precisión	❍ Clase B (opción predeterminada) ❍ Clase AA ❍ Clase A	
Montaje	❍ 2 x 3 hilos ❍ 2 x 2 hilos ❍ 1 x 3 hilos (opción predeterminada) ❍ 1 x 2 hilos ❍ 1 x 4 hilos	
Rango de temperatura	❍ Otro rango de temperatura (especificar) ❍ -200 / 260 °C opción predeterminada	

Zona de inmersión		
Tubo de medición	❍ Tubo inox AISI 316 Ø6 x 50 mm ❍ Tubo inox AISI 316 Ø6 x 100 mm ❍ Otras dimensiones deseadas: precisar	
Racor deslizante (opcional)	❍ Racor deslizante - especificar el filete ❍ Otro (especificar) ❍ Ninguno (opción predeterminada)	

Cables		
Naturaleza del cable c	❍ PFA / PFA opción predeterminada ❍ Otro cable - especificar	
Longitud del cable	❍ Otra longitud (especificar) ❍ 1 metro (opción predeterminada)	
Terminación de cable c	❍ Terminales (opción predeterminada) ❍ Conector : precisar la marca y el modelo	
Protección del cable	❍ Muelle de curvatura ❍ Funda teflón retractable ❍ Otro (especificar)	

Cables		
	❍ Ninguno (opción predeterminada)	

Identificación		
Identificación (opcional)	❍ Etiqueta adhesiva con tipo de sensor y número de serie ❍ Otro (especificar)	
Tag	❍ Tag plate PVC con n° P&ID ❍ Tag plate inox con n° P&ID ❍ Sin (opción predeterminada)	

Otros requisitos		
Opción ejecución a prueba de agua	❍ Sin (opción predeterminada) ❍ Opción IP68	
Calibración	❍ Sin (opción predeterminada) ❍ Calibración BELAC 17025, Cert. n°139-CAL - especificar los puntos de temperatura	
Certificados (opcional)	❍ Ejecución ATEX Ex ia (seguridad intrínseca) con certificado ❍ Certificado Material ❍ Certificado de conformidad ❍ Ninguno (opción predeterminada)	