


TARP3 - Recht thermokoppel met vuurvast stalen beschermhuls en interne keramische huls



ALGEMENE INFORMATIE

Meetelement

Thermokoppel type J, K or N, enkel of dubbel met tolerantieklasse volgens IEC 584 (EN 60584)

Temperatuurbereik

0 tot 1100 °C

Beschermhulzen

Roestvrij staal (temperatuur lager dan 600 °C)

Vuurvast staal (AISI 310, AISI 446 of 253MA)

Diameter ½" (21,3 mm) – wanddikte 2,6 mm

Insteeklengte : standaard 500, 710, 1000 mm , elke andere lengte leverbaar op aanvraag

De gasdichte interne Pythagoras (KER610) binnenhuls verzekert een betere bescherming van de thermokoppeldraden en verbetert de stevigheid van de metalen huls op hoge temperatuur.

Procesaansluiting

Stalen schuifflens of schuifconnector

Aansluitkop

Standaard DIN type A aansluitkop met M20 wartel (andere modellen leverbaar als optie)

TOEPASSINGEN

Hoge temperatuur ovens ? goedkoop alternatief voor platina thermokoppels

OPTIES


Ex Design



Beschrijving	Standaard	Uw eisen

Meetelement		
Norm	☐ IEC / EN 60584	
Thermokoppel type	☐ J ☐ K ☐ N	
Enkel of dubbel	☐ Dubbel ☐ Enkel	
Nauwkeurigheidsklasse	☐ 1 ☐ 2	
Temperatuurbereik	☐ 0/1100°C (indien anders, hierna aangeven)	

Dompelzone		
"Vuurvaststaal ?"" versterkt met keramische C610 binnenbuis"	☐ AISI 310 ☐ AISI 446 ☐ 253 MA	
Lengte	☐ 500mm ☐ 710mm ☐ 1000mm	

Tussenzone		
Inschuifverbinding (optie)	☐ Schuifkoppeling - gelieve de schroefdraad te vermelden  ☐ Stalen schuifflens  ☐ Niet vereist	

Aansluitkop		
Aansluitkop modellen	☐ Aluminium kop TA11-1 (IP54)	

Aansluitkop		
	 ☐ Aluminium kop TA11-3 (IP68) 	
Dubbele wartel (optie)	☐ Neen ☐ Ja	

Identifikatie		
Identifikatie	☐ Zelfklevend etiket met vermelding van het type voeler en het serienummer	
Tag plaat (optie)	☐ PVC tagplaatje met P&ID nummer ☐ RVS tagplaatje met P&ID nummer ☐ Niet vereist (standaard)	

Andere vereisten		
Kalibratie (optie)	☐ Niet vereist ☐ Kalibratie - gelieve de temperatuurwaarden aan te geven	
Certificaten (optie)	☐ Andere (beschrijf) ☐ Certificaat van gelijkvormigheid ☐ Materiaalcertificaat volgens EN 10204 3.1 ☐ Niet vereist	
Tests (optie)	☐ Druk ☐ Andere (beschrijf) ☐ Niet vereist	
Andere (optie)	☐ Gelieve te verduidelijken	